# OXYDANTS

| NOM DU PRODUIT | LABORATOIRE | TYPE DE LENTILLES | COMPOSITION | MODE D'EMPLOI | N° AMM OU CE | CONDITIONNEMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AOSEPT Fréquent | CIBA Vision | LS / LR | – $H_2 0_2$ 3 %<br>– Neutralisation par disque de platine | Décontamination et neutralisation en une seule étape, 6 heures ou toute la nuit. | 717.548.7<br>717.549.3<br>725.281.6 | - Flacon de 360 ml + 1 étui jetable<br>- Flacon de 120 ml + 1 étui jetable<br>- Boîte de 30 doses de 10 ml + étui jetable |
| Easy SEPT | BAUSCH & LOMB | LS | – Péroxyde d'hydrogène à 3 %<br>– Disque catalytique de platine | Placer les lentilles dans le panier à lentilles. Remplir l'étui avec EasySEPT. Laisser tremper 6 heures ou toute la nuit. La décontamination et la neutralisation se font en une seule étape. | CE 0483 | - Flacon de 360 ml + Etui jetable<br>- Pack 3 mois 3 x 360 ml + 3 étuis |
| OXYLENS | ESSILOR | LS | $H_2 0_2$ 3 % | Trempage 20 mn minimum. Neutralisation par rinçage abondant avec Clarel, puis trempage dans Clarel 4 heures minimum. | CE 0459 | Flacon de 200 ml |
| POLYCARE | ALCON | LS | DCCNa | Entretien quotidien. Déposer 1 cp dans 10 ml de Polyrinse, y mettre les lentilles. Laisser agir 4h minimum. Rincer avec Polyrinse. | 330.769.6<br>331.140.4 | Boîte de 30 cps Polycare + 30 doses Polyrinse<br>Recharge : 30 cps |

| NOM DU PRODUIT | LABORATOIRE | TYPE DE LENTILLES | COMPOSITION | MODE D'EMPLOI | N° AMM OU CE | CONDITIONNEMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SYSTEME OXYSEPT ® 1 ETAPE B12 | | | | | | |
| OXYSEPT ® 1 : Décontamination | ALLERGAN | LS | $H_2 0_2$ à 3 % | Remplir l'étuit d'Oxysept ® 1, y placer les lentilles. | CE 0050 | Flacon de 300 ml |
| OXYSEPT ® 2 : Neutralisation B12 | ALLERGAN | LS | – Catalase cp<br>– Vitamine B12<br>– HPMC (Hydroxypropyl méthylcellulose) | Rajouter 1 cp d'Oxysept ® 2 neutralisation à la solution d'Oxysept ® 1 décontamination. Laisser tremper les lentilles 6 h minimum ou toute la nuit. | CE 0050 | - Bte 12 cps<br>- Combopack 1 étape B12 (300ml + 30 cps)<br>- Pack 2 mois B12 (2x300ml + 60 cps) |
| SYSTEME OXYSEPT ® CLASSIQUE | | | | | | |
| OXYSEPT ® 1 : Décontamination | ALLERGAN | LS | $H_2 0_2$ à 3 % | Laisser tremper les lentilles dans Oxysept ®1 décontamination pendant 10 mn au minimum si nettoyage préalable avec Liquinet ® ou 20 mn minimum sans nettoyage préalable. | CE 0050 | Flacon de 300 ml |
| OXYSEPT ® 2 : Neutralisation | ALLERGAN | LS | Catalase en unidose | Vider l'étui d'Oxysept ® 1 décontamination, le remplir avec Oxysept ® 2 neutralisation. Laisser tremper les lentilles 10 mn minimum puis rincer avec Oxysept ®2 neutralisation. | CE 0050 | 30 x 15 ml |
| | | | | | | |